

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Форма Требований к предмету закупки

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Инициатора закупки

А.С.Кесарев

« » 2015 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ

Техническое задание на переносной анализатор влажности MDM300 IS для ЦЗЛ

- 1 Назначение предназначен для определения микроконцентрации влаги в газе;
- 2 Общие технические требования:
 - 2.1 Анализатор должен иметь встроенное ПО для установки времени отбора, записи и хранения результатов измерений с защитой от изменений, отображения результатов и их обработки;
 - 2.2 Анализатор должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений;
- 3 Технические характеристики:
 - 3.1 Диапазон измерения ТТР -100...+20°C:
 - 3.1.1 Погрешность измерения в диапазоне -60...+20°C ТТР- ± 1 °C;
 - 3.1.2 Погрешность измерения в остальном диапазоне - ± 2 °C;
 - 3.2 Объемный расход отбираемой пробы- 1...5 л/мин.;
 - 3.3 Габаритные размеры (Д×Ш×В), не более - 218×170×90 мм;
 - 3.4 Масса- не более 1,3 кг;
 - 3.5 Электропитание- встроенный аккумулятор;
 - 3.6 Единицы отображения влажности - °C ТТР, ppmV, г/м³, г/кг, % относительной влажности;
- 4 Комплектация:
 - 4.1 Анализатор -1шт.;
 - 4.2 Сумка для защиты и переноски прибора -1 шт.;
 - 4.3 Зарядное устройство- 1 шт.;
 - 4.4 Кабель связи с компьютером- 1 шт.;
 - 4.5 Фильтрующие картриджи- 20 шт.;
 - 4.6 Устройство подготовки пробы с фильтрами и комплектом для присоединения к адаптеру (трубки (1 м) и фитинги на 1/4")- 1 компл.;
 - 4.7 Запасная АКБ- 1 шт.;
 - 4.8 Руководство по эксплуатации (на русском языке);
 - 4.16 Методика поверки;
 - 4.17 Свидетельство о поверке;
 - 4.18 Свидетельство об утверждении типа СИ;
 - 4.19 Калибровочный сертификат
- 5 Условия поставки:
 - 5.1 В договоре поставки необходимо предусмотреть доставку

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
1	<Наименование раздела 1>			
1.1	Соответствие техническому заданию	Техническое предложение	Да/Нет	Да

Инициатор закупки

Начальник ЦЗЛ

(должность)

(подпись)

Т.В.Копанскова

(ф.и.о.)

« » 2015 г.

(дата)

Приложение 2. Форма Требований к контрагенту

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Инициатора закупки

А.С.Кесарев

« 1 » 2015 г.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
1	<Наименование раздела 1>			
1.1	Официальный поставщик оборудования (дилер)	Техническое предложение	Да/Нет	Да
1.2	Гарантийное и постгарантийное обслуживание и ремонт	Техническое предложение	Да/Нет	Да

Инициатор закупки

Начальник ЦЗЛ

(должность)



(подпись)

Т.В.Копанскова

(ф.и.о.)

« 1 » 2015 г.

(дата)