


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец
«31» 03 2015г.

АКТ 00214

проверки технического состояния средства К и А

г. Ярославль

«31» марта 2015 г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №17

Начальника цеха № 15

Начальника участка насосных станций цеха №17

Начальника участка №3 цеха № 15

Начальника ЛАИИ ООО «АВТОМАТИКА»

И.А. Щипцова

А.В. Григорьева

В.В. Харина

С.В. Пашутина

В.Б. Мишинова

провела проверку технического состояния электромагнитного расходомера DWM-2000 зав. №626170.10.03, эксплуатирующегося на станции «водозабор» цеха №17 и установила следующее:

1. Изготовитель: компания «Krohne», Германия.
2. Изготовлен в 2006 г., введен в эксплуатацию в 2006 г.
3. Параметры технического устройства: пределы шкалы 0-2 м/с; выходной сигнал 4-20 мА.
4. Условия эксплуатации: соответствуют техническим требованиям на прибор.
5. Отсутствуют показания расхода.

Заключение: электромагнитный расходомер DWM-2000 зав. №626170.10.03 находится в состоянии непригодном для дальнейшей эксплуатации по причине разрушения корпуса сенсора и выхода из строя усилителя и чувствительного элемента сенсора.

Мероприятия:

1. В связи с выходом из строя основных составных частей расходомера электромагнитный расходомер DWM-2000 зав. №626170.10.03 подлежит снятию с регистрации и списанию в установленном порядке.

Срок: с получением акта. Отв.: Начальник участка №3 цеха №15 С.В. Пашутин.

2. Проработать и оформить заявку на закупку аналогичного расходомера взамен вышедшего из строя.

Срок: _____ Отв.: Начальник участка №3 цеха №15 С.В. Пашутин.


Начальник цеха №17


Начальник цеха № 15

Начальник участка насосных станций цеха №17

Начальник участка №3 цеха № 15

Начальник ЛАИИ ООО «АВТОМАТИКА»

 И.А. Щипцов

 А.В. Григорьев

В.В. Харин

С.В. Пашутин

В.Б. Мишинов