


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец

«14» 12 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение платы индикации для стационарного газоанализатора CO₂
модели GFC-7000E азотной установки

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Плата индикации в составе стационарного газоанализатора модели GFC-7000E предназначена для непрерывного определения и передачи в систему управления значений объемного содержания CO₂ в производимом установкой азоте.

Плата индикации устанавливается в газоанализатор модели GFC-7000E взамен вышедшей из строя платы индикации.


Код заказа вышедшей из строя платы индикации CU40026-TW.

Код заказа приобретаемой платы индикации CU40026-TW.

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- 2-х строчный ЖК-дисплей
- Количество отображаемых сегментов - 80

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

11014572-80 ~343289